



INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ
IM. LUDWIKI HIRSZFELDA
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Centrum Doskonałości : IMMUNE
Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław, POLSKA
Telefon: (+48-71) 337 11 72, (+48-71) 370 99 30 Fax: (+48-71) 337 21 71
www.iitd.pan.wroc.pl

Wrocław, dnia 23.11.2018 r.

Nr sprawy: SZP/06/2018

WYJAŚNIENIE Nr 1

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest
system do digitalizacji sekwencji nukleotydowych w tym dla:

części 1 – urządzenia do digitalizacji sekwencji nukleotydowych,

części 2 – wyposażenie do urządzeń do digitalizacji sekwencji nukleotydowych

(ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2018/S 215 - 491769
z dn. 08.11.2018 r.)

Zamawiający, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), przekazuje treść zapytań, jakie wpłynęły na przedmiotowe postępowanie w części 1 wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 – dotyczy: SIWZ Rozdział III Tabela dla części 1, Załącznik nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy) Tabela dla część 1 Czy dla wypełnienia wymagań technicznych w SIWZ zamawiający zaakceptuje dostawę dwóch oddzielnych urządzeń do digitalizacji sekwencji nukleotydowych?

Pytanie nr 2 – dotyczy: SIWZ Rozdział III Tabela dla części 1 pkt 10 ppkt 5, Załącznik nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy) Tabela dla część 1 pkt 10 ppkt 5 Prosimy o doprecyzowanie, które rejony i jakiego genomu mają być objęte przez wskazane 27 amplikonów (min. 750 reakcji)?

Pytanie nr 3 – dotyczy: SIWZ Rozdział III Tabela dla części 1 pkt 10 ppkt 5 Czy Zamawiający dopuści termin dostawy odczynników do 8 tygodni od dnia otrzymania od Zamawiającego gotowego projektu customowego umożliwiającego złożenie zamówienia na produkt przygotowywany na indywidualne zamówienie klienta?

Pytanie nr 4 – dotyczy: SIWZ Rozdział III Tabela dla części 1 pkt 10 ppkt 6, Załącznik nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy) Tabela dla część 1 pkt 10 ppkt 6 Czy wskazując na zestawy minimum 120 indeksów (96 prób) kompatybilne z zestawem do konstrukcji bibliotek z punktu 4 Zamawiający oczekuje, że zaoferowana ilość indeksów będzie wystarczająca do zindeksowania min. 230 bibliotek (próbek)? W takim przypadku prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kilku opakowań indeksów, z których pojedyncze opakowanie będzie zawierało mniejszą liczbę indeksów,



ale łącznie będzie to min. 120 indeksów, które pozwoli na przygotowanie min. 230 bibliotek (próbek)?

Pytanie nr 5 – dotyczy: Załącznik nr 5 (Wzór umowy) §1 ust. 2, §5 ust. 1 W przypadku urządzeń takich jak będące przedmiotem dostawy Producenci jasno określają, jaki zakres czynności może być wykonany bezpośrednio przez użytkownika, a jaki jest zarezerwowany wyłącznie dla przeszkolonych pracowników serwisu. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający poprzez zapisy we wzorze umowy §1 ust. 2 oraz §5 ust. 1 rozumie, iż szkolenie będzie obejmowało taki zakres czynności, jaki dla użytkownika przewidział Producent każdego oferowanego urządzenia?

Pytanie nr 6 – dotyczy: Załącznik nr 5 (Wzór umowy) §4 ust. 1 Czy Zamawiający dopuści w miejsce wymaganego termin płatności wynoszący 30 dni po otrzymaniu oryginału prawidłowo wystawionej faktury? Termin płatności do 45 dni nakłada na Wykonawców obowiązek dodatkowego kredytowania Zamawiającego i w efekcie może mieć wpływ na wzrost kosztu realizacji zamówienia.

Pytanie nr 7 – dotyczy: Załącznik nr 5 (Wzór umowy) §5 ust. 2 W przypadku oferowanych przez nas urządzeń Producent nie przewidział oddzielnych dokumentów takich jak dokumentacja techniczna, schematy (procesowe, elektryczne, elektroniczne, itp.) i nie mogą być one dostarczone. W związku z powyższym prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści urządzenie z dokumentacją przewidzianą przez Producenta, tj. instrukcją obsługi i instrukcją przygotowania lokalizacji (instrukcja z warunkami instalacyjnymi) bez wyżej wskazanych dokumentów?


Pytanie nr 8 – dotyczy: Załącznik nr 5 (Wzór umowy) §6 ust. 5 Czy Zamawiający poprzez przystąpienie do usunięcia wad rozumie możliwość zastosowania zdalnej diagnozy? Pragniemy zaznaczyć, że w przypadku wielu awarii po wykonaniu zdalnej diagnozy konieczne jest zamówienie odpowiednich części przed odbyciem właściwej wizyty serwisowej w laboratorium.

Pytanie nr 9 – dotyczy: Załącznik nr 5 (Wzór umowy) §6 ust. 7 W projekcie umowy Zamawiający nie sprecyzował okresu gwarancji dla nowo zainstalowanych w trakcie naprawy części. W przypadku oferowanych przez nas urządzeń okres gwarancji na naprawiony lub wymieniony element albo element zastępczy wynosi 90 dni lub więcej w przypadku, gdy pozostały okres gwarancyjny wynikający z umowy gwarancyjnej jest dłuższy niż wskazany. Czy Zamawiający dopuści takie rozwiązanie?

Pytanie nr 10 – dotyczy: Załącznik nr 5 (Wzór umowy) §6 ust. 9 Zamawiający wymaga w SIWZ dostawy różnego typu urządzeń w obrębie jednego zadania. Obok urządzeń głównych (sekwenatora) wymagane są drobne urządzenia pomocnicze, tj. magnes do separacji immunomagnetycznej oraz wytrząsarka szybkoobrotowa wraz z adapterami. Pragniemy zwrócić uwagę, że cena sekwenatorów NGS znacząco przekracza cenę pozostałych urządzeń. Urządzenia te są wytwarzane przez zupełnie różnych Producentów. Tylko bezpośredni przedstawiciele Producenta posiadają autoryzację. W przypadku zadania zawierającego grupę różnych urządzeń nie jest możliwe, aby jeden dostawca posiadał autoryzację na wszystkie wymagane urządzenia. Prosimy o ograniczenie autoryzacji serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski wyłącznie do urządzeń głównych - sekwenatorów. Po zakończeniu okresu gwarancji Zamawiający ma prawo wyboru podmiotu realizującego serwis wedle swojego uznania.

Wyjaśnienie nr 1:

Tak. Zamawiający akceptuje dostawę dwóch oddzielnych urządzeń do digitalizacji sekwencji nukleotydowych.





Wyjaśnienie nr 2:

Genom referencyjny – hg19.

Koordynaty:

- Chr4: 141479050 - 141481250
- Chr4: 141489759 - 141494759

Wyjaśnienie nr 3:

Tak. Zamawiający dopuszcza termin dostawy odczynników do 8 tygodni od dnia otrzymania od Zamawiającego gotowego projektu customowego umożliwiającego złożenie zamówienia na produkt przygotowywany na indywidualne zamówienie klienta.

Wyjaśnienie nr 4:

Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kilku opakowań indeksów, z których pojedyncze opakowanie będzie zawierało mniejszą liczbę indeksów jeśli łącznie będzie to minimum 120 indeksów, które pozwoli na przygotowanie minimum 230 bibliotek.

Wyjaśnienie nr 5:

Tak. Zamawiający rozumie, iż szkolenie będzie obejmowało taki zakres czynności, jaki dla użytkownika przewidział Producent każdego oferowanego urządzenia.

Wyjaśnienie nr 6:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza skrócenia terminu płatności do 30 dni. Związane jest to z cyklem rozliczeniowym zaliczki otrzymanej z Instytucji Zarządzającej.

Wyjaśnienie nr 7:

Tak. Zamawiający dopuści urządzenia z dokumentacją przewidzianą przez Producenta, tj. instrukcją obsługi i instrukcją przygotowania lokalizacji (instrukcja z warunkami instalacyjnymi).

Wyjaśnienie nr 8:


Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania zdalnej diagnozy i rozumie, że jest to przystąpienie do usunięcia wad.

Wyjaśnienie nr 9:

Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Wyjaśnienie nr 10:

Tak. Zamawiający dopuszcza opisane ograniczenie.





Niniejsze pytania oraz wyjaśnienia nie powodują zmiany w treści ogłoszenia, ani w składanych przez wykonawcę ofertach, w związku z powyższym termin składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian. Niniejsze wyjaśnienia dotyczące SIWZ stają się jego integralną częścią.

Inne postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

DYREKTOR INSTYTUTU


dr hab. Jacek Rybka

(pieczęć i podpis)