



**INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ
IM. LUDWIKA HIRSZFELDA
POLSKIEJ AKADEMII NAUK**
Centrum Doskonałości : IMMUNE
Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław, POLSKA
Telefon: (+48-71) 337 11 72, (+48-71) 370 99 30 Fax: (+48-71) 337 21 71
www.iitd.pan.wroc.pl

Wrocław, dnia ²⁶.....- 11 -2018 r.

Nr sprawy: SZP/06/2018

WYJAŚNIENIE Nr 2

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest

system do digitalizacji sekwencji nukleotydowych w tym dla:

części 1 – urządzenia do digitalizacji sekwencji nukleotydowych,

części 2 – wyposażenie do urządzeń do digitalizacji sekwencji nukleotydowych

(ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2018/S 215 - 491769 z dn. 08.11.2018 r.)

Zamawiający, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), przekazuje treść zapytań, jakie wpłynęły na przedmiotowe postępowanie wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:


Dotyczy Rozdziału V SIWZ, pkt 3, ppkt B dla części drugiej i rozdziału VII, pkt 3, ppkt 1, części B

Czy do wypełnienia wymagań Zamawiający uzna spełnienie warunków poprzez dostarczenie: deklaracji CE produktu (lub certyfikatu kalibracji – jeśli wymagany) i certyfikatu zgodności z normą ISO 9001 lub wszelkich innych deklaracji posiadanych przez Producenta oferowanych produktów, a nie dla dystrybutora i serwisu ? Oferowane sprzęty dla części 2, są wytwarzane przez różnych Producentów i posiadają niezbędne dla nich deklaracje, które zostaną dostarczone.

Pytanie nr 2:

Dotyczy Rozdziału III SIWZ, tabela dla części 2, pozycja 9.

Czy Zamawiający akceptuje dostarczenie urządzenia, będącego asortymentem typu AGD posiadający orientacyjny zakres temperatury, standardowy dla tego typu urządzeń - chłodziarko-zamrażarka? Urządzenia te mają w standardzie dwa kompartymenty: chłodzący i mrozący.





Pytanie nr 3:

Dotyczy Rozdziału II SIWZ, tabela dla części 2, pozycja 10.

Zamawiający w zestawieniu parametrów wymaga, aby oferowane urządzenie do automatyzacji procedury izolacji materiału do digitalizacji posiadało możliwość niezależnego użytkowania wirówki i modułu grzejnego. Czy Zamawiający mógłby sprecyzować, jakie parametry powinny posiadać oba te moduły?

Wyjaśnienie nr 1:

Tak. Zamawiający uzna spełnienie warunków poprzez dostarczenie: deklaracji CE produktu (lub certyfikatu kalibracji – jeśli wymagany) i certyfikatu zgodności z normą ISO 9001 lub wszelkich innych deklaracji posiadanych przez Producenta oferowanych produktów.

Wyjaśnienie nr 2:

Tak. Zamawiający akceptuje dostarczenie urządzenia będącego asortymentem typu AGD jeśli spełnia opisane kryteria.

Wyjaśnienie nr 3:

Parametry urządzeń:

1. Wbudowana wirówka – wyposażona w rotor wychylony, prędkość minimum 12 000 xg;
2. Wbudowany moduł grzejny – zakres grzania od temperatury pokojowej do minimum 70°C; możliwość wytrząsania (minimum 100-2000 rpm).

Niniejsze pytania oraz wyjaśnienia nie powodują zmiany w treści ogłoszenia, ani w składanych przez wykonawcę ofertach, w związku z powyższym termin składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian. Niniejsze wyjaśnienia dotyczące SIWZ stają się jego integralną częścią.

Inne postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

DYREKTOR INSTYTUTU


dr hab. Jacek Rybka

(pieczęć i podpis)