



**INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ
IM. LUDWIKI HIRSZFELDA
POLSKIEJ AKADEMII NAUK**
Centrum Doskonałości: IMMUNE
Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław, POLSKA
Telefon: (+48-71) 337 11 72, (+48-71) 370 99 30 Fax: (+48-71) 337 21 71
www.iitd.pan.wroc.pl

Wrocław, dnia ²³.....- 11 -2018 r.

Nr sprawy: SZP/08/2018

WYJAŚNIENIE Nr 1

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest
cyfrowy transmisyjny mikroskop elektronowy z wyposażeniem, w tym dla:
części 1 – cyfrowy transmisyjny mikroskop elektronowy,
części 2 – wyposażenie do cyfrowego transmisyjnego mikroskopu elektronowego.

(ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2018/S 221 – 505240
z dn. 16.11.2018 r.)

Zamawiający, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), przekazuje treść pytania, jakie wpłynęło na przedmiotowe postępowanie wraz z udzielonym wyjaśnieniem:

Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytanie odnośnie zapisów umieszczonych w Rozdziale III do SIWZ pt. „Opis przedmiotu zamówienia”, „Tabela dla części 1: cyfrowy mikroskop elektronowy”:

W wierszu 43 ww. tabeli podane jest wymaganie o następującej treści, cyt.: „System mikroskopu powinien być wyposażony we własny, dedykowany układ chłodzenia wodą w obiegu zamkniętym”.

Pytanie:

Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie mikroskopu, gdzie w układzie chłodzenia zastosowany będzie wymiennik woda-woda, wymagający chłodzenia wodą z sieci wodociągowej?



Wyjaśnienie:

Nie. Zamawiający nie zaakceptuje mikroskopu, gdzie w układzie chłodzenia zastosowany będzie wymiennik woda-woda wymagający chłodzenia wodą z sieci wodociągowej. Konieczność chłodzenia z zastosowaniem wody z sieci wodociągowej generuje dodatkowe koszty użytkowania mikroskopu, które nie są przewidziane przez zamawiającego.


Niniejsze pytanie oraz wyjaśnienie nie powoduje zmiany w treści ogłoszenia, ani w składanych przez wykonawcę ofertach, w związku z powyższym termin składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian. Niniejsze wyjaśnienie dotyczące SIWZ staje się jego integralną częścią.

DYREKTOR INSTYTUTU



dr hab. Jacek Rybka

(pieczęć / podpis)



GLÓWNY SPECJALISTA
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Maciej K. Luszczynski