



INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ
IM. LUDWIKA HIRSZFELDA
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Centrum Doskonałości : IMMUNE
Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław, POLSKA
Telefon: (+48-71) 337 11 72, (+48-71) 370 99 30 Fax: (+48-71) 337 21 71
www.iitd.pan.wroc.pl

Wrocław, dnia 29 - 11 - 2018 r.

Nr sprawy: SZP/05/2018

WYJAŚNIENIE Nr 3

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest

dostawa systemu akwizycji, digitalizacji i archiwizacji obrazów mikroskopowych dla:


- 1) **Części 1** - składający się z dwóch stanowisk:
stanowisko do akwizycji i digitalizacji preparatów mikroskopowych,
stanowisko do automatycznej przyżyciowej rejestracji obrazu
oraz
- 2) **Części 2** - Wyposażenie uzupełniające system akwizycji, digitalizacji i archiwizacji obrazów mikroskopowych (Komora laminarna, Inkubator CO₂/O₂, Inkubator CO₂, Zbiornik na azot, Wirówka uniwersalna, Piec do skrawków, Komora z filtrami do pochłaniania substancji szkodliwych, Mini wirówka, Zestaw pipet).

(ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2018/S 215 – 491776
z dn. 08.11.2018 r.)

Zamawiający, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), przekazuje treść zapytań, jakie wpłynęły na przedmiotowe postępowanie wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1: Czy w punkcie 6 części nr 2 dotyczącym pieca do skrawków parafinowych Zamawiający podając zakres temperatury pracy: od +5°C do 99,9°C ma na myśli temperaturę powyżej temperatury otoczenia?

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuszcza piec do skrawków parafinowych o jednorodności temperatury nie gorszej niż +0,5°C?





Wyjaśnienie nr 1: Tak, podany zakres dotyczy temperatury powyżej temperatury otoczenia.

Wyjaśnienie nr 2: Tak, Zamawiający dopuszcza piec do skrawków parafinowych o jednorodności temperatury nie gorszej niż $\pm 0,5^\circ$

Niniejsze pytania oraz wyjaśnienia nie powodują zmiany w treści ogłoszenia, ani w składanych przez wykonawcę ofertach, w związku z powyższym termin składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian. Niniejsze wyjaśnienia dotyczące SIWZ stają się jego integralną częścią.

DYREKTOR INSTYTUTU


dr hab. Jacek Rybka

(pieczęć i podpis)