



Fundusze Europejskie  
Polska Cyfrowa



CENTRUM  
PROJEKTÓW  
POLSKA  
CYFROWA

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ  
IM. LUDWIKI HIRSZFELDA  
POLSKIEJ AKADEMII NAUK  
Centrum Doskonałości : IMMUNE

Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław, POLSKA  
Telefon: (+48-71) 337 11 72, (+48-71) 370 99 30 Fax: (+48-71) 337 21 71  
www.iitd.pan.wroc.pl

Wrocław, dnia 02.08.2019 r.

Nr sprawy: SZP/13/2019

### WYJAŚNIENIE + MODYFIKACJA Nr 1

#### SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest  
**sukcesywna dostawa odczynników i akcesoriów do pozyskiwania danych z mikroskopów fluorescencyjnych elektronowych oraz sekwenatorów NGS.**

W ramach projektu: „Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie - BINWIT”  
Nr POPC.02.03.01-00-0053/18-00

(ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2019/S 150 – 368931  
z dnia 06.08.2019 r.)

Zamawiający, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, działając na podstawie **art. 38 ust. 2 oraz ust. 4** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), przekazuje treść pytań, jakie wpłynęły na przedmiotowe postępowanie wraz z udzielonymi wyjaśnieniami oraz dokonuje modyfikacji:

#### Pytanie nr 1:

Dot. części 8 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie próbek pakowanych po 25 szt. w opakowanie handlowe z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianych opakowań.

#### Pytanie nr 2:

Dot. części 8 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie próbek pakowanych po 50 szt. w opakowanie handlowe z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianych opakowań.

#### Pytanie nr 3:

Dot. części 8 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie pipet serologicznych pakowanych po 100 szt. w opakowanie handlowe z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianych opakowań.



**Pytanie nr 4:**

Dot. części 8 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie pipet serologicznych pakowanych po 50 szt. w opakowanie handlowe z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianych opakowań.

**Pytanie nr 5:**

Dot. części 8 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie pipet serologicznych pakowanych po 25 szt. w opakowanie handlowe z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianych opakowań.

**Pytanie nr 6:**

Dot. części 14 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie filtrów strzykawkowych, sterylnych, posiadających membranę z PES o średnicy porów 0,2 um. Powierzchnia filtracyjna 5,3 cm<sup>2</sup> Filtr posiada żeńskie łącze luer lok na wejściu oraz męskie łącze luer lok na wyjściu. Średnica filtra 26 mm. Filtry pakowane są pojedynczo a następnie po 50 szt. w opakowanie zbiorcze.

**Pytanie nr 7:**

Dot. części 14 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie filtrów nabutelkowych, sterylnych, z membraną z PES o średnicy 90 mm i średnicy porów 0,22 um, objętość procesowana 250 ml, pakowanych pojedynczo a następnie po 24 szt. w opakowaniu handlowym.

**Pytanie nr 8:**

Dot. zał. 3 istotne dla stron postanowienia umowy § 7

Zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o modyfikację zapisów § 7 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Pytanie nr 9:**

Dot. zapisów umowy §1 ust. 2 oraz §3 ust. 3 pkt. 1

Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania ogólnodostępnego katalogu produktów wraz z cenami na stronie internetowej. Nie wszystkie firmy posiadają cennik produktów dostępny na stronie internetowej. Nasza firma jako autoryzowany przedstawiciel producenta, nie posiada własnej osobnej strony internetowej. Zgodnie z polityką producenta dla wszystkich filli w Europie jest jedna strona internetowa z opisem produktów jednak bez cenników. Dlatego prosimy o modyfikację zapisów §1 ust. 2 oraz §3 ust. 3 pkt. 1 poprzez dopisanie „jeżeli dotyczy”.

**Pytanie nr 10:**

**Dotyczy: Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy §1 pkt 6**


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na przekazanie informacji o aktualnych akcjach promocyjnych oferowanych produktów do 24 godzin.

Mimo dołożenia wszelkich starań przez Wykonawcę wymagany czas może ulec wydłużeniu ze względu na stosowane procedury Producenta odczynników.

**Pytanie nr 11:**

**Dotyczy: Załącznik do Formularza ofertowego Opis przedmiotu zamówienia Tabela dla części 9: Odczynniki do digitalizacji sekwencji fagowych, pkt 27**

Zamawiający nie precyzuje jakiego rodzaju kulki magnetyczne planuje zamówić. W swojej ofercie posiadamy m.in. kulki magnetyczne do oczyszczania oraz selekcji fragmentów dwuniciowego DNA w procedurach przygotowania bibliotek NGS. Czy takie kulki spełnią oczekiwania Zamawiającego?





Proponowane kulki magnetyczne występują w innych niż wskazuje Opis Przedmiotu Zamówienia objętościach: 5ml, 75ml, 500ml. Najbardziej zbliżoną do wskazanej przez Zamawiającego objętości (60ml) jest objętość 75ml. Czy Zamawiający dopuści zaferowanie kulek w takiej objętości?

**Pytanie nr 12:**

**Dotyczy: pakiet 14 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra nabutelkowego o następujących parametrach: pory 0.22µm, objętość procesowa 250 ml, o wymiarach filtra 90x89x75mm (powierzchnia filtracji 49 cm<sup>2</sup>).

**Pytanie 13:**

Dot. pakietu 10

Czy Zamawiający może doprecyzować ilość osób uczestniczących w szkoleniu w zakresie używania oferowanych odczynników?

**Pytanie 14:**

Dot. pakietu 10

Wykonawca ma udokumentować wykonanie w okresie ostatnich 3 lat co najmniej jednej dostawy tożsamej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 tys. zł brutto.

**Pytanie 15:**

Dot. pakietu 10

Czy oferując produkty dwóch różnych producentów, wymagane przez Zamawiającego w jednej części zamówienia, Zamawiający dopuszcza zsumowanie dwóch umów dwóch różnych producentów odczynników, na łączną kwotę nie mniejszą niż 100 tys. zł brutto?

**Pytanie 16:**

Dot. pakietu 10

Czy Zamawiający dopuszcza udokumentowanie przez jednego producenta realizacji zamówienia u jednego Klienta w kilku Zamówieniach?

**Pytanie 17:**

Dot. Umowy

Par. 1 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu: „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

**Pytanie 18:**

Dot. Umowy

Par. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe może być dokładne określenie terminu płatności.





**Pytanie 19:**

Dot. Umowy

Par. 5 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Uzasadnienie: Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje naprawienie szkody.

**Pytanie 20:**

Dot. Umowy

Par. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

**Pytanie 21:**

Dot. Umowy

Par. 7 ust. 2 pkt 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej na odstąpienie „z przyczyn zwinionych przez Wykonawcę”?

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.

**Pytanie 22:**

Dot. Umowy

Par. 7 ust. 2 pkt 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy?

Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

**Pytanie 23:**

Dot. Umowy

Par. 7 ust. 2 pkt 3 - 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

**Pytanie 24:**

Dot. Umowy

Par. 8 ust. 2 - 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?





**Pytanie 25:**

Dot. Umowy

Par. 11 ust. 2 pkt 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy postanowienia o następującym brzmieniu: W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w trakcie obowiązywania Umowy, Strony postanawiają, że do cen netto przedmiotów objętych umową doliczany będzie podatek od towarów i usług według nowej stawki od momentu wejścia w życie nowej stawki podatku VAT.

**Pytanie 26:**

**SIWZ Rozdział IV: Termin wykonania zamówienia pkt. 1 oraz Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy §2 pkt 1**

Zamawiający wymaga zagwarantowania ceny zakupu odczynników w złotych polskich przez okres 22 miesięcy. Jako że producenci odczynników nie są zwykle polskimi przedsiębiorstwami większość z nich operuje listami cenowymi w walutach obcych. Wymóg Zamawiającego nakłada zatem na Wykonawców konieczność przyjęcia ryzyka związanego ze zmianą kursów walut. Dodatkowo w takim długim okresie sami producenci zmieniają ceny co nie jest możliwe do przewidzenia na etapie składania ofert. Zamawiający nie określił też ilości odczynników jakie zamierza zakupić ani czasu, w którym ten zakup miałby nastąpić, co kompletnie uniemożliwia Wykonawcom wykorzystania jakichkolwiek instrumentów związanych z zabezpieczeniem na wypadek zmiany kursu walut. Powyższe czynniki mogą w efekcie doprowadzić do podniesienia ceny oferowanych produktów. Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawy były zrealizowane w krótszym czasie: np. do końca 2019 roku lub oferenci mogli złożyć ofertę w innych walutach niż PLN?

**Pytanie nr 27:**

**Pytania do części 6.**

**Dotyczy wzoru umowy §1, punkt 6 i 7.**

Prosimy o uzupełnienie w/w punktu o zapis:

„Strona internetowa producenta jest narzędziem służącym do informowania o promocji. Ceny promocyjne będą zachowane o ile Zamawiający powoła się na kod promocji w swoim zamówieniu. Kod promocji podany jest na stronie producenta”.

Prośbę swoją motywujemy tym, iż producent odczynników wyspecyfikowanych w grupie III cały czas organizuje szereg promocji o czym na bieżąco informuje na swojej stronie internetowej.

Nie mamy możliwości każdorazowo informowania o promocji Zamawiającego. Dlatego też informacje te są dostępne na stronie internetowej producenta.

Natomiast podczas realizacji zamówień dział odpowiedzialny za ich realizację nie ma możliwości weryfikowania każdego z wpływających zamówień z obowiązującymi promocjami.


Przy obecnym zapisie nie jesteśmy w stanie spełnić tego warunku.

**Pytanie nr 28:**

**Pytania do części 6.**

**Dotyczy wzoru umowy §1, punkt 8.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie tego zapisu o:





„ lub Wykonawca zapewni stały dostęp Zamawiającemu ( 24 h, 7 dni w tygodniu ) do kart charakterystyki produktu na swojej stronie internetowej.”

Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku naszej firmy proces realizacji zamówienia nie przewiduje dostarczania w/w dokumentów wraz z towarem czy też przesyłania drogą emailową.

Ze względu na politykę ekologiczną firmy udostępniamy wymagane dokumenty w formie elektronicznych plików na naszej stronie.

**Pytanie nr 29:**

**Pytania do części 6.**

**Dotyczy wzoru umowy §2, punkt 3.**

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu na wymianę odczynnika z 5 dni roboczych na do 18 dni roboczych w odniesieniu do produktów z części 6.

Prośbę swoją motywujemy tym, iż asortyment wymieniony w części 6 produkowany jest i magazynowany poza granicami kraju. Producent przewiduje dostawy w ciągu 21 dni.

**Pytanie nr 30:**

W związku z możliwością przystąpienia do niniejszego postępowania przetargowego Wykonawców, którzy chcieliby wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia prosimy o uwzględnienie we wzorze umowy następujących punktów w paragrafach:

1) Dopisanie do § 1 umowy ustępu o brzmieniu:

„W przypadku gdy Wykonawcą są firmy tworzące konsorcjum:

- 1) Wykonawca 1 odpowiedzialny jest za realizację Umowy w zakresie .....
- 2) Wykonawca 2 odpowiedzialny jest za realizację Umowy w zakresie .....

2) Dopisanie do § 1 umowy ustępu w brzmieniu:

„Podmioty działające wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy”.

3) Dopisanie do § 2 ustępu 2 umowy zdania o brzmieniu:

„W przypadku, gdy Wykonawcą są firmy tworzące konsorcjum, Zamawiający będzie składał zamówienia cząstkowe odpowiednio u Wykonawcy 1 albo u Wykonawcy 2, odpowiedzialnego za wykonanie danego zakresu zamówienia:

- zamówienia w zakresie ..... składane będą pod numerem faksu nr .....
- zamówienia w zakresie ..... składane będą pod numerem faksu nr .....

4) Modyfikację § 3 poprzez dodanie ustępu w brzmieniu:

„W przypadku gdy Wykonawcą są firmy tworzące konsorcjum zapłata należności za dostawę odczynników i akcesoriów oraz z tytułu dzierżawy analizatorów następować będzie po każdej dostawie przelewem na podstawie faktur VAT wystawianych odpowiednio przez Wykonawcę 1 albo Wykonawcę 2, odpowiedzialnego za wykonanie danego zakresu przedmiotu umowy.”





**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający dopuszcza proponowane opakowanie.

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający dopuszcza proponowane opakowanie.

**Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający dopuszcza proponowane opakowanie.

**Odpowiedź nr 4:**

Zamawiający dopuszcza proponowane opakowanie.

**Odpowiedź nr 5:**

Zamawiający dopuszcza proponowane opakowanie.

**Odpowiedź nr 6:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zaproponowanej przez Wykonawcę.

**Odpowiedź nr 7:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zaproponowanej przez Wykonawcę.

**Odpowiedź nr 8:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy dotyczących § 7 (Kar umownych).

**Odpowiedź nr 9:**

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu posiadania ogólnodostępnego katalogu produktów wraz z cenami na stronie internetowej. Zapisy umowy §1 ust. 2 oraz §3 ust. 3 pkt. 1 pozostają bez zmian.

**Odpowiedź nr 10:**

**Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy, jednocześnie dokonuje modyfikacji zapisu §1, pkt 6 wzoru umowy, który trzymuje następujące brzmienie:**

„Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o każdorazowych akcjach promocyjnych dotyczących produktów będących przedmiotem umowy. Informacja w tym zakresie winna zostać przekazana Zamawiającemu do maksymalnie 24 godzin od ogłoszenia akcji promocyjnej drogą elektroniczną na adres: [aleksandra.klimczak@hirszfeld.pl](mailto:aleksandra.klimczak@hirszfeld.pl), [krzysztof.pawlik@hirszfeld.pl](mailto:krzysztof.pawlik@hirszfeld.pl)”.

**Odpowiedź nr 11:**

Zamawiającemu chodzi o kulki magnetyczne do oczyszczania oraz selekcji fragmentów dwuniciowego DNA w procedurach przygotowania bibliotek NGS. Dopuszcza objętość 75ml.

**Odpowiedź nr 12:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zaproponowanej przez Wykonawcę.

**Odpowiedź nr 13:**

Zamawiający przewiduje uczestnictwo do 5 osób w szkoleniu.

**Odpowiedź nr 16:**

Nie. Zamawiający wymaga aby oferta została złożona zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.





**Odpowiedź nr 14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25 oraz 26:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów zaproponowanych przez Wykonawcę - dotyczących wzoru umowy.

**Odpowiedź nr 27:**

**Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy, jednocześnie dokonuje modyfikacji zapisu §1, pkt 7 wzoru umowy, który trzymuje następujące brzmienie:**

„Zamawiający w ramach realizacji umowy ma prawo do korzystania z akcji promocyjnych pod warunkiem uzyskania obniżenia ceny w stosunku do ceny zaproponowanej w ofercie jak i w stosunku do ceny wynikającej z katalogu z uwzględnieniem rabatu, na produkty opisane w przedmiocie zamówienia, czyli zarówno tych wymienionych w Załączniku nr 1 do umowy, jaki i dostępnych w katalogu. W przypadku dokonywania zakupów w ramach akcji promocyjnych, pierwszeństwo mają zasady obowiązujące w akcji promocyjnej, o ile są one odmienne od uregulowań zawartych w umowie. W zakresie nieuregulowanym akcją promocyjną, zastosowanie mają zapisy umowy. Strona internetowa producenta jest narzędziem służącym do informowania o promocji. Ceny promocyjne będą zachowane o ile Zamawiający powoła się na kod promocji w swoim zamówieniu. Kod promocji podany jest na stronie producenta - (jeżeli dotyczy)”,

- §1, pkt 6 wzoru umowy - odpowiedź nr 10.

**Odpowiedź nr 28:**

**Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy, jednocześnie dokonuje modyfikacji zapisu §1, pkt 8 wzoru umowy, który trzymuje następujące brzmienie:**

„Wykonawca zobowiązuje się, w odniesieniu do odczynników nieujętych w Załączniku nr 1 do umowy, a zamawianych z otwartego katalogu każdorazowo przekazywać Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie elektronicznej, najpóźniej w dniu dostawy odczynników, których dotyczą lub Wykonawca zapewni stały dostęp Zamawiającemu ( 24 godziny, 7 dni w tygodniu ) do kart charakterystyki produktu na swojej stronie internetowej (jeżeli dotyczy)”.

**Odpowiedź nr 29:**

**Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy, jednocześnie dokonuje modyfikacji zapisu §2, pkt 3 wzoru umowy, który trzymuje następujące brzmienie:**

Zamawiający zastrzega, iż w terminie do 2 (dwóch) dni roboczych od dnia dostawy produktów objętych zamówieniem przez Wykonawcę do IITD wskazanej w Zamówieniu, może zgłosić zastrzeżenia co do poprawności realizacji zamówienia. Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych lub w terminie do 18 dni roboczych - dotyczy części 6 ( jeżeli dotyczy) winien zrealizować dostawę zgodnie ze zgłoszonymi zastrzeżeniami przez Zamawiającego, lub dokonać uzgodnienia innego terminu na realizację zamówienia w przypadku wskazania obiektywnych przyczyn braku możliwości dochowania tego terminu. Zamawiający zastrzega, iż może nie wyrazić zgody na termin zaproponowany przez Wykonawcę.

**Odpowiedź nr 30:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy zaproponowanych przez Wykonawcę.







**Niniejsze pytania oraz wyjaśnienia + modyfikacja nie powodują/e zmiany w treści ogłoszenia, ani w składanych przez wykonawcę ofertach, w związku z powyższym termin składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian. Niniejsze wyjaśnienie oraz modyfikacja dotycząca SIWZ staje się jego integralną częścią.**

p.o. DYREKTOR INSTYTUTU

  
dr hab. Siedzi Rybka

(pieczęć i podpis)

