



INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ
IM. LUDWIKA HIRSZFELDA
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Centrum Doskonałości : IMMUNE

Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław, POLSKA
Telefon: (+48-71) 337 11 72, (+48-71) 370 99 30 Fax: (+48-71) 337 21 71
www.iitd.pan.wroc.pl

Wrocław, dnia **04.12.2020 r.**

WYJAŚNIENIE nr 1

**Zaproszenia do złożenia ofert
w postępowaniu
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
którego przedmiotem jest:**

„Dostawa Komory Laminarnej II klasy bezpieczeństwa”

Zamawiający, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, przekazuje treść pytań, jakie wpłynęły na przedmiotowe postępowanie wraz z udzielonymi wyjaśnieniami/odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z wentylatorem EC?

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o szerokości zewnętrznej komory 198,4 cm?

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o głębokości komory 55 cm?

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o wysokości dostępu do obszaru pracy wynoszącym 175 mm? Mniejsza wysokość dostępu jest korzystniejsza ze względu na bezpieczeństwo pracy.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną bez drenu, z zamontowaną tacą ociekową, która spełnia tę samą funkcję?

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z podłokietnikiem wykonanym ze stali nierdzewnej?

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z szybą frontową umieszczoną pod kątem 7 stopni?

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z panelem sterującym z wyświetlaczem LCD? Wyświetlacz posiada wszystkie funkcje wymagane przez Zamawiającego. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie jakie znaczenie dla Zamawiającego ma rodzaj wyświetlacza?

Odpowiedź nr 1:

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z wentylatorem EC? **NIE**

Odpowiedź nr 2:

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o szerokości zewnętrznej komory 198,4 cm? **TAK**

Odpowiedź nr 3:

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o głębokości komory 55 cm? **NIE**

Odpowiedź nr 4:

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o wysokości dostępu do obszaru pracy wynoszącym 175 mm? Mniejsza wysokość dostępu jest korzystniejsza ze względu na bezpieczeństwo pracy. **NIE**

Odpowiedź nr 5:

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną bez drenu, z zamontowaną tacą ociekową, która spełnia tę samą funkcję? **NIE**

Odpowiedź nr 6:

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z podłokietnikiem wykonanym ze stali nierdzewnej? **NIE**


Odpowiedź nr 7:

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z szybą frontową umieszczoną pod kątem 7 stopni? **NIE**

Odpowiedź nr 8:

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z panelem sterującym z wyświetlaczem LCD? Wyświetlacz posiada wszystkie funkcje wymagane przez Zamawiającego. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie jakie znaczenie dla Zamawiającego ma rodzaj wyświetlacza? **TAK**

Odpowiedzi na pytania są wiążące i stanowią integralną część Zaproszenia.

OSZ DYREKTORA
ds. Administracyjnych

mgr Piotr Adamiec

(podpis i pieczęć)