



INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ

IM. LUDWIKA HIRSZFELDA

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Centrum Doskonałości : IMMUNE

Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław, POLSKA

Telefon: (+48-71) 337 11 72, (+48-71) 370 99 30 Fax: (+48-71) 337 21 71

www.iitd.pan.wroc.pl

Wrocław, dnia 31 maja 2021

ZP - 272 - 10 / 2021

INFORMACJA NR 5 DLA WYKONAWCÓW

Zamawiający - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) udziela wyjaśnień treści SWZ wynikające ze złożonego przez Wykonawcę wniosku do postępowania pn.: „**Dostawa sprzętu laboratoryjnego w ramach leasingu z prawem opcji wykupu**”

Pytanie 1 dot. zadania nr 4

Czy Zamawiający wymaga Certyfikatu CE dla wyrobu medycznego, potwierdzającego również, w swej treści, zgodność z dyrektywą ROHS, czy też tylko CE dla urządzenia elektrycznego jak odkurzacz czy żelazko?

Odpowiedź: Dla Zamawiającego wystarczający będzie certyfikat CE w zakresie ogólnym, tj. dla urządzeń elektrycznych.

Pytanie 2 dot. zadania nr 4

Czy obiektywy 4x, 40x, których wyceny wymaga Zamawiający mają być również uniwersalne: do jasnego pola i kontrastu fazowego?

Odpowiedź: W przypadku obiektywu 4x wystarczający będzie obiektyw jasnopolowy, w przypadku obiektywu 40x wycenić należy obiektyw uniwersalny

Pytanie 3 dot. zadania nr 4

Czy Zamawiający wymaga filtrów barwnych w wyposażeniu oraz możliwości zastosowania ich także w technice kontrastu fazowego, na drugiej wsuwce?

Odpowiedź: Opisywana przez Pytającego opcja byłaby interesującym uzupełnieniem wyposażenia mikroskopu, ale nie będzie podlegała ocenie. W związku z czym - nie, Zamawiający nie wymaga takiej funkcjonalności.

Pytanie 4 dot. zadania nr 4

Czy kamera, której osobnej wyceny wymaga Zamawiający ma pracować z komputerem poprzez port min. USB 2.0 czy min. USB 3.0?

Odpowiedź: Wystarczającym będzie praca przez port USB 2.0.

*Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Wykonawcy powinni składać ofertę z ich uwzględnieniem.*

Z-ca DYREKTORA
ds. Administracyjnych
mgr Piotr Adamiec